



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

наименование территориального органа

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 24.49.33.000.М.000150.03.25 ОТ 07.03.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):

условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) аппаратом стоматологическим рентгеновским переносным "PORT-X IV", зав. GD-111016-20623, в соответствии с приложением к настоящему заключению,

установленным в рентгеностоматологическом кабинете ИП Ильина М.В. по адресу: 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 50А, пом. 153, кабинет № 1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Индивидуальный предприниматель Ильин М.В., 655003, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ипподромная, д. 34 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

закключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 662 от 11.02.2025, выполненное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае".

Закключение действительно до 07.03.2030 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 3730764**



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

\_\_\_\_\_ (наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 24.49.33.000.М.000150.03.25 от 07.03.2025 г.

условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) аппаратом стоматологическим рентгеновским переносным "PORT-X IV", зав. GD-111016-20623,

по адресу: 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 50А, пом. 153, кабинет № 1

PORT-X IV - аппарат стоматологический рентгеновский переносной

Производство: Корея

Тип излучения - генерирующий (рентгеновское)

Виды работ: прицельная рентгенография зубов

Максимальное анодное напряжение 70 кВ

Максимальный анодный ток 2 мА

Ограничительные условия: рабочая нагрузка до 40 (мА\*мин)/нед.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0573599