



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 24.49.33.000.М.000039.01.24 от 30.01.2024 г.

условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением):
аппаратом рентгеновским стоматологическим интраоральным "VEX-8300W", зав. № 071-010628,

по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 50А, пом. 153

"VEX-8300W" - аппарат рентгеновский стоматологический интраоральный;

Производитель: Корея;

Тип излучения - генерирующий (рентгеновское);


Виды работ: прицельная рентгенография;

Максимальная напряженность на аноде: 60 кВ;

Максимальный анодный ток: 7 мА;

Рабочая нагрузка до 40 (мА*мин.)/нед.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0195984